

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
Se sídlem: 75501 Vsetín, Jasenická 1106  
Zastoupený: Ing. Michal Korabík, MBA, ředitel společnosti  
IČ: 47674652

1/O/2017028

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 20.3.2017

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1**

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce mikrobiologické laboratoře Karolinka, VaK Vsetín**  
Ev. číslo veřejné zakázky: 2017028  
Předmět veřejné zakázky:  stavební práce  dodávky  služby  
Druh zadávacího řízení: dle směrnice spol. VaK Vsetín a.s., podpůrně dle § 53 zákona 134/2016 Sb.  
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00568708>

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu se Směrnicí zadavatele o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Doplňující dotazy:

T.434.3  
T.434.8  
T.439.4  
T.440.2  
T.442.4  
T.443.10  
T.446.4

Germicidní lampy

ZD:

- spínací hodiny SPH-01 umístěné na stěně

Dotaz: Bude akceptováno provedení germicidní lampy se zabudovanými spínacími hodinami, na dálkové ovládání?

Odpověď č. 1 :

Zadavatel nebude akceptovat provedení se spínacími hodinami na dálkové ovládání, trvá na požadavku dle zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

T.446.2

Centrifuga

ZD:

- rozměry 200x250x300  
- adaptéry pro skleněné zkumavky 8ks objemu 10ml (Ø16mm, v. 100mm)

Dotaz: je možné překročit uvedené rozměry centrifugy 200x250x300? Pro zadané parametry lze dodat centrifugu s výkyvným rotorem s adaptérem pro 6 ks zkumavek o objemu 15 ml (celkem 24 ks zkumavek na rotor). Je tato kapacita dostačující?

Odpověď č. 2:

Zadavatel trvá na požadavku parametrů uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 3:

T.448.1

Destilační přístroj

ZD: - rozměry 800x300x350

Dotaz: Je stanovený rozměr nejvyšší možný? Je možné nabídnout přístroj, který má výšku cca o 10% větší?

Jaká je tvrdost vstupní vody?


Odpověď č. 3:

Zadavatel trvá na požadavku rozměrů přístroje uvedených v zadávací dokumentaci.

Tvrdost vody je 5-6 oN.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 20.3.2017.

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností