



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

v zadávacím řízení dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)  
**podlimitní veřejná zakázka na dodávky  
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení  
"Modernizace jazykové a venkovní učebny – dodávka IT, nábytku a učebních pomůcek"**

**Zadavatel:** Obec Mysločovice  
Sídlo: 763 01 Mysločovice 21  
Oprávněná osoba: Petr Jurášek, starosta  
IČO: 00284211

**Zastupující osoba:** Regionální rozvojová agentura Východní Moravy  
Sídlo: Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín  
IČO: 45659176  
Kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Nechvátalová  
Email: [administratorvz@seznam.cz](mailto:administratorvz@seznam.cz)  
Datová schránka: u4kz7yy

Zadavatel tímto podává na základě žádosti o vysvětlení doručené dne 18.10.2024 vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

#### **Dotaz:**

Dobrý den,  
rádi bychom se dotázali na specifikaci mikroskopů - provoz na dobíjecí baterii AA.

Po průzkumu trhu i konzultaci s dodavatelem jsme dospěli k závěru, že mikroskop v takové konfiguraci, který by byl provozuschopný i na baterii AA nejspíše není dostupný. Žádáme o kontrolu parametrů, jestli nedošlo ke spojení dvou technických specifikací různých produktů. Provoz na baterie AA je možný, ovšem v drtivé většině případů se jedná o dětské mikroskopy.

#### **Odpověď:**

Zadavatel specifikaci zkontroloval a prověřil dostupnost mikroskopu. Konfigurace je nastavena správně a mikroskop v takto nastavené konfiguraci je dostupný.

Ve Zlobicích 21.10.2024

Mgr. Magdalena Nechvátalová  
zastupující osoba